

**ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**


**ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 2262/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ»**

Κοινοποιούμε διευκρίνιση που δόθηκε από τους συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης για το Διαγωνισμό του θέματος.

Στο όργανο: "Σύστημα Φασματόμετρου συνδεδεμένου με Οπτική Ίνα σε Τηλεσκόπιο με ταυτόχρονη σύνδεση Ψηφιακής Κάμερας Επιστημονικού Τύπου για καταγραφή του φάσματος της ακτινοβολίας και του χρώματος στον ουράνιο θόλο" της Ομάδας Β, Υποομάδα Β.1 και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή Β.1.1.8 "Λόγος σήματος προς θόρυβο καλύτερος ή ίσος με", εκ παραδρομής δόθηκε προδιαγραφή "500:1" αντί της σωστής τιμής που είναι "300:1".

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση, λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που ορίζει η αναλυτική διακήρυξη.

Ο Συντονιστής του Έργου



Γεώργιος Μάτσος